

中频治疗仪的技术参数及配置要求

项目名称	项参数说明
申购设备名称	中频治疗仪
用途及适用人群	中频治疗仪具有镇痛、改善局部血液循环，促进炎症消散，软化瘢痕松解粘连，兴奋神经肌肉组织，产生肌肉收缩的作用，适用于临床上对颈椎病、肩周炎、腰椎间盘突出症等的康复理疗。
设备的功能要求	<ol style="list-style-type: none"> 1. 四通道：该机型具有四路中频输出，可治疗四个病人或一个病人的四个部位。 2. 同时具有低频和中频的特点，人体不易产生适应性。 3. 具有透热功能。 4. 液晶显示屏。 5. 输出闭锁。 6. 自动终止提醒及复零功能。
功能的技术指标及其他技术参数	<ol style="list-style-type: none"> 1. 中频频率：2~10KHz。 2. 输出电流：电疗仪纯交流波形，最大输出电流应不大于 100 mA；含直流分量时，输出电流不大于 80mA；（负载电阻为 500 欧姆）输出电流为连续递增/递减调节，每档递增/减量为 1mA。 3. 输出电流稳定度：电疗仪在不同负载下的输出电流变化率应不大于 10%。

	<p>4. 调制波频率范围：0～150Hz。</p> <p>5. 调制波形：有方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波、梯形波、扇形波和脉冲波及他们之间的组合，由程序设定。</p> <p>6. 调幅度：电疗仪的调幅度为 0%、25%、50%、75%，100%，允差±5%。</p> <p>7. 差频频率范围：四通道电疗仪，其干扰电差频频率应在 0～200Hz 范围内。</p> <p>8. 噪声：电疗仪工作时，其噪声应不大于 60dB。</p> <p>9. 最大透热温度≤60℃。</p> <p>10. 定时装置：电疗仪具有定时装置，允差±5%。</p> <p>11. 连续工作时间：治疗仪连续工作时间应能≥4h。</p> <p>12. 电疗仪按防电击类型分类：BF 型应用部分。</p> <p>13. 电疗仪的额定电压和频率：AC220V±10%，50Hz。</p> <p>14. 电疗仪的输入功率：160VA。</p> <p>15. 电疗仪没有对除颤放电效应防护的应用部分。</p> <p>16. 电疗仪没有信号输入和输出部分。</p> <p>17. 电疗仪为移动式设备。</p>
软、硬件的配置要求	无
其它要求	1.设备使用期限≥8 年以上，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于 6 个月。

	<p>2.整机免费质保 3 年以上;设备设计使用的耗材必须为开放的耗材,并提供阳光网能点配价格,验收时提供三个厂家以上的耗材使用进行验收。</p> <p>3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书(包括纸质版和电子版)。</p> <p>4.为确保设备的售后服务质量,乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书,包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。</p>
--	--

控制价 4.5 万 9 台